

Digitálny tonometer s manžetou na ruku

Návod na obsluhu

SK



SENCOR®

SBP 690

Ďakujeme, že ste si vybrali digitálny tonometer SBP 690 a dúfame, že s ním budete spokojní.

Tonometer SBP 690 predstavuje dokonalé spojenie atraktívneho dizajnu s jednoduchým ovládaním a funkčnosťou.

SK-1

OBSAH

ČO BY STE MALI VEDIĚT O KRVNOM TLAKU	3
DŮLEŽITÉ UPOZORNENIA	4
ZÁKLADNÉ FUNKCIE A VYBAVENIE TONOMETRA	5
OPIS TONOMETRA	5
POPIS DISPLEJA	6
POUŽITIE TONOMETRA	6
RIEŠENIE PROBLÉMOV	10
ÚDRŽBA A ČISTENIE	10
SKLADOVANIE	11
KALIBRÁCIA	11
ELEKTROMAGNETICKÉ RUŠENIE	11
ZHODA S NORMAMI	11
TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE	12
POKYNY A INFORMÁCIE O ZAOBCHÁDZANÍ S POUŽITÝM OBALOM	13
LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH BATÉRIÍ	13
LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ	13

ČO BY STE MALI VEDIETĽ O KRVNOM TLAKU

Čo je krvný tlak?

Ako krvný tlak je označovaný tlak, ktorý vyvíja krv na steny tepien, ktorými preteká. Krvný tlak kolíše v priebehu každého tepu medzi maximálnou (systolickou) a minimálnou (diastolickou) hodnotou. Na krvný tlak má vplyv mnoho faktorov, ako napr. fyzická aktivita, strach, hnev alebo určitý časový úsek dňa.

Krvný tlak sa počas dňa neustále mení. Skoro ráno sa zvyšuje a v dopoludňajších hodinách dochádza k jeho zníženiu. Odpolednia sa opäť zvyšuje a vo večerných hodinách klesá. Krvný tlak sa môže tiež meniť počas krátkeho okamihu, preto sa výsledky následných meraní môžu líšiť.

Prečo je dôležité merať si krvný tlak doma?

Veľa ľudí má v lekárskej ordinácii trvale zvýšený krvný tlak, zatiaľ čo pri meraní doma má tlak v norme. Ide o tzv. syndróm bieleho plášta a môže sa vyskytovať až u 15 % populácie.

Domáce meranie krvného tlaku vylúči syndróm bieleho plášta a poskytne lekárovi obraz o rôznych hodnotách krvného tlaku počas vašej prirodzenej aktivity.

Klasifikácia krvného tlaku svetovou zdravotníckou organizáciou

V nasledujúcej tabuľke je uvedená klasifikácia krvného tlaku dospelého jedinca podľa Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO).

Kategórie krvného tlaku	Systolický krvný tlak (v mmHg)	Diastolický krvný tlak (v mmHg)
Optimálna	<120	<80
Normálny	120–129	80–84
Vysoký normálny	130–139	85–89
Hypertenzia 1. stupňa (mierna)	140–159	90–99
Hypertenzia 2. stupňa (stredná)	160–179	100–109
Hypertenzia 3. stupňa (ťažká)	≥180	≥110
Izolovaná systolická hypertenzia	≥140	<90

Čo je srdcová arytmia?

Srdcové arytmie sú poruchy srdcového rytmu. Vznikajú ako dôsledok odlišného vytvárania alebo vedenia elektrických vzruchov v srdci. Mnoho srdcových arytmií má iba prechodný ráz. Takéto druhy arytmií sú považované za neškodné a patria medzi ne prípady, keď srdce vynechá jeden úder alebo pridá jeden navyše. To môže byť spôsobené silnými emóciami alebo cvičením. Naproti tomu existujú druhy arytmií, ktoré môžu byť životu nebezpečné a vyžadujú odbornú liečbu.

Symptómy srdcovej arytmie

Symptómy srdcovej arytmie: silné alebo zrýchlené búšenie srdca, pocit únavy, závraty, strata vedomia, nedostatok dychu a bolesť v hrudníku.

Symptómy bradykardie (spomalenej srdcovej činnosti): pocit únavy, nedostatok dychu, závraty alebo mdloby.

Symptómy tachykardie (zrýchlenej srdcovej činnosti): tlkot srdca môže byť vnímaný akoby v krku alebo ako nepravidelný rýchly tlkot v hrudi, pocit nepokoja, slabosti, nedostatku dychu, mdloby, potenie a závraty.

Môže byť srdcová arytmia liečená?

Vzniku srdcových arytmií je možné do istej miery predchádzať odstránením podnetov (telesná záťaž, stres, fajčenie, konzumácia alkoholu, kávy alebo iných nápojov obsahujúcich kofeín), ktoré ovplyvňujú nervový systém. Mnoho druhov srdcových arytmií nevyžaduje liečbu, pretože sú prirodzene kompenzované imunitným systémom. Iné druhy srdcových arytmií je potrebné liečiť podávaním liekov (antiarytmik), implantáciou defibrilátora alebo kardiostimulátora. Spôsob liečby závisia od druhu srdcovej arytmie, veku pacienta a jeho fyzickej kondície.

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIA



Pred použitím výrobku sa, prosím, oboznámte s návodom na jeho obsluhu, a to i v prípade, že ste už oboznámení s používaním výrobkov podobného typu. Výrobok používajte iba tak, ako je opísané v tomto návode. Návod uschovajte na budúce použitie.



Upozornenie! Nedodržanie pokynov uvedených v návode na obsluhu môže viesť k chybným funkciám prístroja alebo jeho poškodeniu.

- Tento prístroj je určený na neinvazívne meranie krvného tlaku.
- Manžeta s nastaviteľnou dĺžkou 22–42 cm je určená iba pre dospelé osoby.
- Neprekrucujte ani nadmerne nepreťahujte manžetu alebo vzduchovú hadičku. Dbajte na to, aby nedošlo k poškodeniu manžety alebo vzduchovej hadičky ostrými nástrojmi, ako sú špendlíky, ihly a pod.
- Prístroj nerozoberajte a nevykonávajte na ňom žiadne úpravy.
- Používajte iba originálne príslušenstvo dodávané s prístrojom.
- Prístroj nepoužívajte, ak je vaša ruka poranená.
- Ak trpíte ochorením obehovej sústavy, ako napr. aterosklerózou, cukrovkou, ochorením pečene alebo obličiek, ťažkou hypertenziou, poruchami periférneho prekrvenia a pod., o vhodnosti používania tonometra alebo podobných prístrojov sa poraďte so svojim ošetroujúcim lekárom alebo odborným zdravotníckym pracovníkom.
- Ak prechádzate lekárskou liečbou či užívate lieky, konzultujte použitie tohto prístroja s lekárom.
- Pred meraním krvného tlaku odpočívajte aspoň 5 až 10 minút.
- Medzi opakovaným meraním vyčkejte aspoň 4 až 5 minút, aby sa obnovil stav vášho krvného obehu.
- Po konzumácii nápojov s obsahom kofeínu alebo fajčení cigariet nemerajte skôr než za 30–45 minút.
- Pred meraním krvného tlaku odstráňte všetok tesný odev z vašej ruky. Nepoužívajte manžetu na iné časti tela, než je ruka.
- Nezačínajte s meraním, kým nie je manžeta pripevnená k ruke.
- Meranie vykonávajte v pokojnej, uvoľnenej polohe. Pri meraní nepohybujte s prístrojom.
- Hneď ako tlak v manžete presiahne 300 mmHg, prístroj automaticky vypustí vzduch. Ak nedôjde k automatickému vypusteniu vzduchu, odoberte manžetu a stlačte tlačidlo START/STOP pre ukončenie tlakovania manžety.
- Majte na pamäti, že sa krvný tlak počas dňa mení a je tiež ovplyvňovaný mnohými faktormi, ako napr. fajčenie, požívanie alkoholu, užívanie liekov a fyzická aktivita.
- Výsledky merania by mali byť vyhodnotené lekárom alebo iným odborníkom, ktorý pozná váš dlhodobý zdravotný stav. Nevyvodzujte, prosím, závery z výsledkov merania sami.
- Pravidelným meraním krvného tlaku a zapisovaním výsledkov merania poskytnete lekárovi ucelený obraz o vašom krvnom tlaku počas prirodzenej aktivity.
- Hodnoty krvného tlaku namerané oscilometrickou metódou za použitia tohto prístroja sú zhodné s výsledkami merania, ktoré urobil skúsený pozorovateľ auskultačnou (počúvacou) metódou za použitia tonometra s fonendoskopom.
- Tento prístroj nie je určený na nepretržité monitorovanie krvného tlaku počas lekárskeho zákroku, ako sú napr. operácie a pod.
- Tento prístroj je určený na domáce použitie a nenahradzuje odbornú lekársku starostlivosť.

Digitálny tonometer s manžetou na ruku

SBP 690


SK

- Prístroj vrátane batérií uchovávajte mimo dosahu detí.
- Minimálne počas záruky odporúčame uschovať originálny obal, baliaci materiál, pokladničný doklad a záručný list. V prípade prepravy zabalte výrobok opäť do originálnej škatule od výrobcu.


ZÁKLADNÉ FUNKCIE A VYBAVENIE TONOMETRA

- Meranie systolického, diastolického krvného tlaku a pulzu
- Detekcia srdcovej arytmie
- Manžeta s nastaviteľnou dĺžkou pre ruku s obvodom 22–42 cm
- Automatické tlakovanie a vypúšťanie manžety
- Veľký LCD displej
- 60 pamäťových miest na uloženie výsledkov merania vrátane dátumu a času
- Prevádzka na batérie alebo so sieťovým adaptérom (nie je súčasťou dodávky)

OPIS TONOMETRA



POPIS DISPLEJA



POUŽITIE TONOMETRA

1. Voľba zdroja napájania

1.1 Použitie vnútorného zdroja energie

- Na napájanie prístroja z vnútorného zdroja použite 4 batérie typu LR6/AA (4 x 1,5 V).
- Zložte kryt priestoru pre batérie a vložte 4 batérie typu LR6/AA. Pri vkladaní batérií dbajte na správnu polaritu vyznačenú v priestore na batérie. Kryt uzavrite.
- Batérie je nutné vymeniť v prípade, že:
 - sa na displeji zobrazí symbol .
 - displej je matný.
 - sa displej nerozsvieti.

1.2 Použitie vonkajšieho zdroja energie

- K prístroju je možné dokúpiť sieťový adaptér Sencor SBX 001 (výstup 6 V $\overline{\text{---}}$, 1 A). Ak chcete kúpiť sieťový adaptér, kontaktujte svojho predajcu.
- Konektor sieťového adaptéra pripojte k zdierke na pravej strane prístroja. Vidlicu sieťového adaptéra pripojte k zásuvke el. napätia.
- Používajte iba adaptér určený pre tento prístroj.

**Poznámka:**

Ak je pri vkladani batérií otočená polarita, môže okrem dočasnej nefunkčnosti prístroja dôjsť aj k jeho zahrievaniu.

Nekombinujte použité a nové batérie alebo batérie rôzneho typu, napr. alkalické batérie a dobijacie batérie.

Nepoužívajte adaptér a batérie súčasne.

Uložené záznamy zostanú uchované v pamäti prístroja i po výmene batérií.

2. Nastavenie dátumu, času a jednotky merania

- 2.1 Pred meraním nastavte aktuálny dátum, čas a jednotku merania. S nameranými hodnotami sa do pamäte bude ukladať dátum a čas merania.
- 2.2 Uistite sa, že je prístroj vypnutý (LCD displej je zhasnutý) alebo ho vypnite tlačidlom START/STOP. Tlačidlo SET ▼ pridržierte stlačené 3 sekundy. Na displeji bude blikať časový údaj „rok“.
- 2.3 Tlačidlom MEM ▲ nastavte aktuálny rok. Nastavenie potvrdíte stlačením tlačidla SET ▼. Prístroj sa automaticky prepne do režimu nastavenia mesiaca.
- 2.4 Tlačidlom MEM ▲ nastavte aktuálny mesiac. Nastavenie potvrdíte stlačením tlačidla SET ▼. Prístroj sa automaticky prepne do režimu nastavenia dňa.
- 2.5 Tlačidlom MEM ▲ nastavte aktuálny deň v mesiaci. Nastavenie potvrdíte stlačením tlačidla SET ▼. Prístroj sa automaticky prepne do režimu nastavenia hodiny.
- 2.6 Tlačidlom MEM ▲ nastavte aktuálnu hodinu. Nastavenie potvrdíte stlačením tlačidla SET ▼. Prístroj sa automaticky prepne do režimu nastavenia minút.
- 2.7 Tlačidlom MEM ▲ nastavte minúty. Nastavenie potvrdíte stlačením tlačidla SET ▼. Prístroj sa automaticky prepne do režimu výberu jednotky merania.
- 2.8 Tlačidlom MEM ▲ vyberte jednotku merania mmHg alebo kPa. Nastavenie potvrdíte stlačením tlačidla SET ▼.

**Poznámka:**

Bežne používaná jednotka na meranie krvného tlaku je mmHg (milimetre ortuťového stĺpca).

- 2.9 Po ukončení nastavenia sa na displeji zobrazí údaj „done“. Nastavenie dátumu, času a jednotky merania je dokončené. Potom sa prístroj automaticky vypne.

**Poznámka:**

Rozsah nastavenia: rok 2000–2050, formát času: 24-hodinový

3. Meranie

3.1 Základné pokyny na dosiahnutie čo najpresnejších výsledkov merania

- Merajte vždy v rovnaký čas, najlepšie ráno, napoludnie a večer za rovnakých podmienok alebo podľa odporúčania vášho lekára.
- Po konzumácii kávy, čaju alebo vyfajčení cigarety nemerajte skôr než za 30–45 minút.
- Po horúcej sprche alebo vani vyčkajte s meraním aspoň 20 minút.
- Pri meraní sedte pokojne, uvoľnene a nehovorte. S rukou, na ktorej máte upevnenú manžetu, nepohybujte.
- Pred opakovaným meraním vyčkajte približne 4–5 minút.


3.2 Nasadenie a prípevnenie manžety

- Pred nasadením manžety odoberte z ruky všetok tesný odev.
- Manžetu prípevnite k ruke 2–3 cm nad lakťovú jamku a dbajte na to, aby vzduchová hadička bola umiestnená nad brachiálnou artériou, ako je vyobrazené na etikete tlakovacej manžety.
- Manžeta nesmie byť voľná ani príliš utiahnutá. Optimálne utiahnutie overíte tak, že medzi manžetou a rukou je možné voľne vložiť jeden prst.

- Predlaktie položte na rovný povrch stola

**Poznámka:**

Krvný tlak je možné merať na ľavej i pravej ruke. Výsledky merania na ľavej a pravej ruke sa však môžu líšiť, a preto je nutné vykonávať opakované merania vždy na rovnakej ruke.



3.3 Meranie krvného tlaku

- 3.3.1 Prístroj zapnite stlačením tlačidla START/STOP. Na LCD displeji sa na krátku chvíľu rozsvietia všetky elementy.
- 3.3.2 Ak zostal zvyškový vzduch v manžete, na displeji sa krátko zobrazí symbol ▼ a vzduch sa vypustí. Na displeji sa zobrazí hodnota 0 mmHg (alebo kPa) a čas merania.
- 3.3.3 Prístroj automaticky natlakuje manžetu. V priebehu tlakovania manžety je detegovaná tepová frekvencia. To je signalizované blikajúcim symbolom ♥ na LCD displeji.
- 3.3.4 Potom nasleduje plynulé zníženie tlaku v manžete a k stanoveniu hodnoty systolického (SYS) a diastolického (DIA) tlaku, tepovej frekvencie a kategórie krvného tlaku dôjde automaticky. Kategórie krvného tlaku sú definované v nasledujúcej tabuľke.

Nameraná hodnota krvného tlaku v mmHg	Kategórie krvného tlaku					
	Optimálna	Normálny	Normálny (vysoký)	G1 Mierna hypertenzia	G2 Stredná hypertenzia	G3 Ťažká hypertenzia
SYS (systolická hodnota)	≤120	121–130	131–140	141–160	161–180	>180
DIA (diastolická hodnota)	≤80	81–85	86–90	91–100	101–110	>110

**Poznámka:**

Ak sa zobrazí na displeji symbol ♥, prístroj detegoval srdcovú arytmiu.

- 3.3.5 Pre vypnutie prístroja stlačte tlačidlo START/STOP. Ak prístroj nevypnete, k automatickému vypnutiu dôjde do 1 minúty od posledného merania. Po ukončení merania odoberte manžetu z ruky.

4. Vyvolanie pamäte

- 4.1 Pre zobrazenie posledného záznamu merania stlačte tlačidlo MEM ▲.
- 4.2 Na listovanie medzi jednotlivými záznamami v pamäti použite dotykové tlačidlo MEM ▲ a SET ▼.

- 4.3 Pri každom zázname sa bude v ľavej dolnej časti displeja striedavo zobrazovať mesiac/deň vytvorenie záznamu a čas vytvorenia záznamu.
- 4.4 Najaktuálnejšiemu záznamu v pamäti je vždy priradené poradové číslo 1. Maximálna kapacita pamäte je 60 záznamov. Hneď ako sa dosiahne maximálna kapacita pamäte, s každým ďalším meraním je vymazaný najstarší záznam.

5. Vymazanie pamäte

- 5.1 Uistite sa, že je prístroj vypnutý (LCD displej je zhasnutý) alebo ho vypnite tlačidlom START/STOP. Na tlačidlo MEM ▲ pridržte prst 3 sekundy. Na displeji sa zobrazí údaj „del all“ (vymazať všetko).
- 5.2 Stlačte tlačidlo SET ▼ pre potvrdenie vymazania všetkých záznamov z pamäte. Na displeji sa zobrazia údaje „del“ (vymazanie) a „done“ (vykonané). Prístroj sa automaticky vypne.



Poznámka:

Ak chcete proces vymazania pamäte prerušiť, stlačte tlačidlo START/STOP.

- 5.3 Pri následnom vyvolaní pamäte sa nezobrazia žiadne hodnoty na displeji.

RIEŠENIE PROBLÉMOV

V tejto kapitole nájdete riešenie problémov, s ktorými sa môžete stretnúť pri použití prístroja. Ak sa vám nepodari odstrániť problém podľa nasledujúcich pokynov, kontaktujte autorizované servisné stredisko.

Problém / chybové hlásenie	Možná príčina	Možné riešenie
Po stlačení tlačidla START/STOP sa displej nerozsvieti.	Batérie sú vybité.	Vymeňte batérie.
	Batérie sú nesprávne vložené.	Vložte batérie podľa polaritý vyznačenej v priestore na batérie.
	Adaptér nie je pripojený k sieťovej zásuvke.	Pripojte adaptér k zásuvke el. napätia.
Na displeji sa zobrazí symbol  .	Batérie sú takmer vybité.	Vymeňte použité batérie za nové.
E1	Manžeta nie je pripevnená k ruke alebo je nasadená na ruku príliš voľne.	Prístroj vypnite tlačidlom START/STOP. Pripevnite manžetu k ruke podľa pokynov v kapitole Nasadenie a pripevnenie manžety a opakujte meranie.
E2	Manžeta je príliš utiahnutá.	Prístroj vypnite tlačidlom START/STOP. Pripevnite manžetu k ruke podľa pokynov v kapitole Nasadenie a pripevnenie manžety a opakujte meranie.
E3	Tlak v manžete bol prekročený.	Odpočívajte 4 až 5 minút a potom meranie opakujte.
E10 alebo E11	Prístroj zaznamenal pohyb pri meraní.	Pohyb môže ovplyvniť výsledok merania. Odpočívajte 4 až 5 minút a potom opakujte meranie.
E20 alebo E21	Chyba merania.	Odpočívajte 4 až 5 minút a potom opakujte meranie.

Ak sa na displeji zobrazí iné chybové hlásenie vo formáte E + číselný kód alebo Ee + číselný kód, ktoré nie je uvedené v tabuľke, prístroj vypnite a vyberte z neho batérie alebo odpojte sieťový adaptér od zásuvky el. napätia. Chvilu počkajte a batérie vložte späť alebo pripojte sieťový adaptér k zásuvke el. napätia. Po niekoľkých minútach opakujte meranie. Ak problém pretrváva, kontaktujte svojho obchodníka alebo autorizované servisné stredisko.

ÚDRŽBA A ČISTENIE

- Prístroj udržiavajte čistý. Prach utierajte ľahko navlhčenou textíliou.
- Prístroj ani tlakovaciu manžetu neoplachujte pod tečúcou vodou ani ich neponárajte do vody.
- Na čistenie nepoužívajte abrazívne čistiace prostriedky alebo benzín. Mohlo by dôjsť k poškodeniu prístroja.

SKLADOVANIE

- Ak nebudete prístroj používať dlhší čas, vyberte z neho batérie.
- Prístroj chráňte pred nárazmi alebo pádmi.
- Prístroj uložte na suché, čisté miesto mimo dosahu detí. Prístroj nevystavujte priamemu slnečnému žiareniu ani extrémnym zmenám teploty.

KALIBRÁCIA

Odporúčania: Na zaistenie presných výsledkov merania odporúčame nechať vykonať kalibráciu prístroja po dvoch rokoch používania. Všetky náklady spojené s kalibráciou sú hradené zákazníkom.

ELEKTROMAGNETICKÉ RUŠENIE

Aby ste sa vyhli nepresnostiam v meraní v dôsledku elektromagnetického rušenia, nepoužívajte tento prístroj v blízkosti mobilného telefónu alebo mikrovlnnej rúry.

ZHODA S NORMAMI

Tento prístroj je v zhode s európskymi normami:

EN 60601-1 Zdravotnícke elektrické prístroje – Časť 1: Všeobecné požiadavky na základnú bezpečnosť a nevyhnutnú funkčnosť

EN 60601-1-2 Zdravotnícke elektrické prístroje – Časť 1-2: Všeobecné požiadavky na základnú bezpečnosť a nevyhnutnú funkčnosť – Skupinová norma: Elektromagnetická kompatibilita – Požiadavky a skúšky

EN 1060-1 Neinvazívne tonometre – Časť 1: Všeobecné požiadavky

EN 1060-3 Neinvazívne tonometre – Časť 3: Špecifické požiadavky pre elektromechanické systémy na meranie krvného tlaku



0123

Tento prístroj spĺňa požiadavky európskej smernice 93/42/EEC.



Dátum výroby je vyznačený na typovom štítku prístroja.



Výrobca: Guangdong Transtek Medical Electronics Co., Ltd., Zone A, No.105, Dongli Road, Torch Development District, Zhongshan, 528437, Guangdong, China.



Spĺnomocnený zástupca pre EÚ: MDSS – Medical Device Safety Service GmbH, Schiffgraben 41, 30175 Hannover, Germany

TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE

Metóda merania	Oscilometrická
Displej	LCD, veľkosť displeja 93 x 61 mm
Kapacita pamäte	60 záznamov
Rozsah merania	Tlak: 0–300 mmHg (0–40 kPa) Pulz: 40–199 tepov/min.
Presnosť merania	Tlak: ± 3 mmHg (0,4 kPa) pri okolitej teplote 15–25 °C ± 6 mmHg (0,8 kPa) pri okolitej teplote 10–14 °C a 26–40 °C Pulz: ± 5 %
Nastaviteľná dĺžka manžety	22–42 cm
Napájanie	4 x batéria typu LR6/AA (6 V $\overline{\text{---}}$) alebo sieťový adaptér Sencor SBX 001 (nie je súčasťou dodávky), vstup: 100–240 V~, 50–60 Hz, 400 mA, výstup: 6 V $\overline{\text{---}}$, 1 A
Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom	Zdravotnícky elektrický prístroj s vnútorným napájaním (iba pri použití batérií) Sieťový adaptér Sencor SBX 001 (nie je súčasťou dodávky) – trieda ochrany II Príložená časť typu B 
Ochrana pred pôsobením vody	IPX0
Bezpečnosť použitia za prítomnosti anestetických horľavých zmesí	Prístroj nevhodný na použitie v prítomnosti horľavej zmesi anestetika a vzduchu alebo horľavej zmesi anestetika a kyslíka, príp. oxidu dusíka
Režim prevádzky	Trvalá prevádzka s krátkodobým zaťažením
Prevádzkové podmienky	Okolité teplota: 5 °C až 40 °C, vlhkosť ≤ 80 %
Skladovanie	Okolité teplota: –20 °C až 60 °C, vlhkosť 10–93 %
Rozmery prístroja	140 x 120 x 70 mm
Hmotnosť prístroja	287 g (bez manžety a batérie)
Príslušenstvo	Tlakovacia manžeta, 4x batéria typu LR6/AA, návod na použitie

Zmeny textu a technických špecifikácií vyhradené.

POKYNY A INFORMÁCIE O ZAOBCHÁDZANÍ S POUŽITÝM OBALOM

Použitý obalový materiál odložte na miesto určené obcou na ukladanie odpadu.

LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH BATÉRIÍ

Batérie obsahujú látky škodlivé pre životné prostredie, a preto nepatria do bežného domového odpadu. Batérie odovzdajte na príslušnom zbernom mieste, ktoré zaistí ich ekologickú likvidáciu. Kontakt na najbližšie zberné miesto si vyžiadajte na obecnom úrade alebo u svojho predajcu.

LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ



Tento symbol na produktoch alebo v sprievodných dokumentoch znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmú byť pridané do bežného komunálneho odpadu. Pre správnu likvidáciu, obnovu a recykláciu odovzdajte tieto výrobky na určené zberné miesta. Alternatívne v niektorých krajinách Európskej únie alebo v iných európskych krajinách môžete vrátiť svoje výrobky miestnemu predajcovi pri kúpe ekvivalentného nového produktu. Správnou likvidáciou tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov. Ďalšie podrobnosti si vyžiadajte od miestneho úradu alebo najbližšieho zberného miesta. Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu môžu byť v súlade s národnými predpismi udelené pokuty.

Pre podnikové subjekty v krajinách Európskej únie

Ak chcete likvidovať elektrické a elektronické zariadenia, vyžiadajte si potrebné informácie od svojho predajcu alebo dodávateľa.

Likvidácia v ostatných krajinách mimo Európskej únie

Tento symbol je platný v Európskej únii. Ak chcete tento výrobok zlikvidovať, vyžiadajte si potrebné informácie o správnom spôsobe likvidácie od miestnych úradov alebo od svojho predajcu.

